

PiezoLine

4L, 3L, PE9, PE1, 4PS, PE3.SI1



Détartrage

Paro

== max. 2 mm



Indication

	100%	80%	70%
Détartrage	–	3L PE9	4L
Prophylaxie implantaire	1981.SI1 SF1982	–	–
Paro	PE2 – 3 PE5 – 6	4PS	PE1

Remarque : débit du spray élevé (minimum 50 ml/min.)