


PiezoLine

Détartrage/Paro | LU8 - LU11, LU63



≡ max. 2 mm



Indication

PiezoLUX et Sonosoft/LUX

	Niveau de puissance 10	Niveau de puissance 7	Niveau de puissance 6
Détartrage	LU9 LU10 LU11	–	LU8
Prophylaxie implantaire	–	1981.KA1 SF19821	–
Paro	LU63	–	–

Remarque : débit du spray minimum 50 ml/min.